

Checkliste Medizingeräte

Mögliche Probleme	Fragen und Hinweise	Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit	Unterweisungen
Medizingeräte	Welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich?		
Geräte allgemein	Bestandsverzeichnis - Firma oder Name des Herstellers - Typ, Fabriknummer und Anschaffungsjahr - Gerätegruppe nach MedGV - Standort und betriebliche Zuordnung	Bestandsverzeichnis für Geräte der Gruppe 1 und 3 führen, Eintragungen vervollständigen und aktualisieren	
		Sicherstellen, dass die Geräte der Gruppe 1 von der zuständigen Behörde der Bauart nach zugelassen sind	
Organisation		Bedienpersonal in die sachgerechte Handhabung einweisen und dokumentieren	U
		Geräte vor jeder Anwendung auf Zustand und Funktionssicherheit überprüfen	U
		Sicherstellen, dass für alle Geräte der Gruppe 1 Gerätebücher vorhanden sind	
		Fristgerechte Überprüfungen bzw. sicherheitstechnische Kontrollen der Gruppe 1 Geräte durchführen lassen und dokumentieren	
		Gerätebücher und Gebrauchsanweisungen bzw. Betriebsanweisungen zugänglich aufbewahren	
		Gerätepflege und –wartung nur nach Gebrauchsanweisung durchführen	U
		Alle elektrischen Medizingeräte in regelmäßigen Abständen auf ordnungsgemäßen Zustand überprüfen lassen	
		Nicht bauart zugelassene Medizingeräte (Altgeräte der Gruppe 1 nach MedGV) regelmäßig warten lassen	

U ⇒ für regelmäßige Unterweisung relevant